

Стерилизатор воздушный ГП-20

1. Размеры стерилизационной камеры, мм	260x300x260
2. Автоматически поддерживаемые фиксированные температуры в камере, °С	+85; +120; +160; +180
3. Время нагрева до температуры стерилизации +180°С не загруженного стерилизатора, мин, не более	25
4. Время нагрева до температуры стерилизации +180°С загруженного стерилизатора, мин, не более	45
5. Стерилизатор обеспечивает автоматически время выдержки, мин	30; 45; 50; 60
6. Стерилизатор работает от однофазной сети переменного тока:	
напряжение, В	220
частота, Гц	50
7. Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более	1,5
8. Габаритные размеры стерилизатора, мм	460x500x630
9. Масса стерилизатора, кг	38
10. Нарботка на отказ, ч, не менее условно-непрерывной работы	1250
11. Средний срок службы, год, не менее	10

Аппарат для скелетного вытяжения № 1

1. Масса аппарата, кг, не более	36
2. Габаритные размеры, мм	2100x610x1400
3. Средний срок службы аппарата, год, не менее	5

По всем вопросам приобретения оборудования обращаться:
Тел./факс: 8 (938) 143-86-32
e-mail: uso.aomz@mail.ru

Контактное лицо: Петренко Алла Николаевна.