

Стерилизатор воздушный ГП-20

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Размеры стерилизационной камеры, мм | 260x300x260 |
| 2. Автоматически поддерживаемые фиксированные температуры в камере, °С | +85; +120; +160; +180 |
| 3. Время нагрева до температуры стерилизации +180°С не загруженного стерилизатора, мин, не более | 25 |
| 4. Время нагрева до температуры стерилизации +180°С загруженного стерилизатора, мин, не более | 45 |
| 5. Стерилизатор обеспечивает автоматически время выдержки, мин | 30; 45; 50; 60 |
| 6. Стерилизатор работает от однофазной сети переменного тока: | |
| напряжение, В | 220 |
| частота, Гц | 50 |
| 7. Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более | 1,5 |
| 8. Габаритные размеры стерилизатора, мм | 460x500x630 |
| 9. Масса стерилизатора, кг | 38 |
| 10. Нарботка на отказ, ч, не менее условно-непрерывной работы | 1250 |
| 11. Средний срок службы, год, не менее | 10 |

Аппарат для скелетного вытяжения № 1

| | |
|--|---------------|
| 1. Масса аппарата, кг, не более | 36 |
| 2. Габаритные размеры, мм | 2100x610x1400 |
| 3. Средний срок службы аппарата, год, не менее | 5 |